



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.177—85

Издание официальное

БЗ 5—94

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Система показателей качества продукции
**ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Nondestructive
testing instruments. Nomenclature of indices

**ГОСТ
4.177—85**

ОКСТУ 0004

Дата введения 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на акустические*, капиллярные**, магнитные, оптические, тепловые, рентгеновские***, радиоволновые, вихретоковые и электрические приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий (далее — приборы).

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества приборов, включаемых в технические задания (ТЗ) на научно-исследовательские работы (НИР) по определению перспектив развития приборов, государственный стандарт общих технических требований (ГОСТ ОТТ) с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на приборы, ТЗ на опытно-конструкторские работы (ОКР), технические условия, карты технического уровня и качества продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества приборов приведена в табл. 1—6.

* В части акустических толщиномеров заменен на ГОСТ 28722—90.

** В части капиллярных дефектоскопов заменен на ГОСТ 28369—89.

*** В части рентгенотелевизионных с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографических дефектоскопов заменен на ГОСТ 29025—91.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание с изменениями

© Издательство стандартов, 1985

© Издательство стандартов, 1995

Показатели качества акустических приборов
(ОКП 42 7611—42 7617)

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Показатели назначения | | |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности | | |
| 1.1.1. Абсолютная чувствительность, дБ | M | Чувствительность прибора |
| 1.1.2. Отклонение уровня абсолютной чувствительности от номинального значения, дБ | — | — |
| 1.1.3. Отклонение условной чувствительности от номинального значения, дБ | — | — |
| 1.1.4. Предел допускаемой основной погрешности настройки порогового индикатора, дБ; % | — | — |
| 1.1.5. Временная нестабильность: чувствительности дефектоскопа; уровня срабатывания порогового индикатора, дБ | — | — |
| 1.1.6. Предел допускаемой основной погрешности определения координат дефектов* | — | — |
| 1.1.5; 1.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.7. Параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения (например, минимальный радиус кривизны, шероховатость, скорость ультразвука, допустимое ослабление ультразвуковых колебаний (УЗК) в объектах или затухание УЗК и т. п.).* | — | Универсальность прибора |
| 1.1.8. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, ч | T | — |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.9. Производительность контроля,* | — | — |
| 1.1.10. Предел допускаемой основной погрешности измерения эквивалентной площади отражателей и (или) условных размеров дефектов, мм ² , мм | — | Достоверность измерения размеров дефектов |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеристики этого свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1.1.11. Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра | — | Точность прибора |
| 1.1.12. Автоматическая отстройка от влияющих факторов* (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | Автоматическая адаптация к объекту контроля |
| 1.1.13. Предел допускаемой основной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника ультразвукового дефектоскопа (УЗД), дБ | — | Достоверность определения параметров дефектов |
| 1.1.14. Диапазон измерения глубины отражателей, мм | — | Универсальность прибора |
| 1.1.15. Предел допускаемой основной погрешности глубиномера, мм | — | — |
| 1.1.16. Мертвая зона* | — | Исконтролируемая зона |
| 1.1.15; 1.1.16. (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.17. Диапазон измеряемых эквивалентных площадей отражателей и (или) условных размеров дефектов, мм ² , мм | — | Универсальность прибора |
| 1.1.18. Количество признаков идентификации дефектов | — | То же |
| 1.1.19. Вероятность распознавания различных форм (типов) дефектов | — | Достоверность выявления дефектов |
| 1.1.20. Условная чувствительность, дБ | — | Универсальность и чувствительность прибора |
| 1.1.20. Автоматизация настройки и обработки результатов контроля (Введен дополнительно, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.21. Максимальная измеряемая толщина, мм | l_{max} | Универсальность прибора |
| 1.1.22. Минимальная измеряемая толщина, мм | l_{min} | То же |
| 1.1.23. Условная чувствительность к выявлению локальных утонений, мм | — | » |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.24. Количество одновременно контролируемых параметров | — | Многopараметровый контроль |
| 1.1.25. Диапазон измерения контролируемого параметра | — | Универсальность прибора |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.26. Наличие индикации контролируемого параметра | — | То же |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1.1.27. Документирование результатов контроля | — | Расширение возможности прибора и универсальность его применения |
| 1.1.28. Наличие средств оперативного накопления и отображения информации | — | Универсальность прибора |
| 1.1.29. Наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки | — | Надежность и достоверность представления результатов контроля |
| 1.1.28, 1.1.29. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.30. Отличительные особенности | — | — |
| 1.1.31. Пороговая чувствительность прибора (Введен дополнительно, Изм. № 1). | — | Универсальность и чувствительность прибора |
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Пределы температуры окружающей среды, °С | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89), ч; цикл | $P(t); T_0$ (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90), ч | T_0 (ГОСТ 27.003—90) | То же |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—90), лет | $T_{ср.л}$ (ГОСТ 27.003—90) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{ср.п}$ | Долговечность |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч (Введен дополнительно, Изм. № 1). | T_r | Ремонтпригодность |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | М | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | То же |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-среда-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатель уровня шума | — | — |
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч | T_p | Затраты труда и времени на изготовление прибора |
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.205—83), руб | С | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске, * | — | Приспособленность к транспортированию |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | $K_{пр}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | $K_{п}$ | — |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |
| 10.2. Оптовая цена (или проект оптовой цены), руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Примечание. Показатель по п. 11.20а устанавливают для толщинномеров, предназначенных для работы в составе автоматизированных установок.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

**Показатели качества капиллярных приборов
(ОКП 42 7621—42 7626)**

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Показатели назначения | | |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности | | |
| 1.1.1. Порог чувствительности, мкм | — | Минимальный параметр выявляемого дефекта |
| 1.1.2. УФ-облученность на заданном расстоянии от источника, * | — | Энергетическая характеристика УФ-облучателя |
| 1.1.3. Время установления рабочего режима, мин | — | — |
| 1.1.4. Производительность контроля, * | — | — |
| 1.1.5. Разрешающая способность, мкм | — | Возможность раздельной индикации двух близко расположенных дефектов |

Продолжение табл. 2

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеристик требуемого свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 1.1.6. Автоматизация обработки результатов контроля (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.7. Время непрерывной работы, ч | T | — |
| 1.1.8. Документирование результатов контроля (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.9. Отличительные особенности | — | — |
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Пределы температуры окружающей среды, °С | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89), ч; цикл | $P(t); T_o$ (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90), ч | T_v (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—90), лет | $T_{ср.л}$ (ГОСТ 27.003—89) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{л}$ | То же |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч | T_b | Ремонтпригодность |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1) | | |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | М | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | То же |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-среда-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатель уровня шума | — | — |
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч | $T_{\text{и}}$ | Затраты труда и времени на изготовление прибора |
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.205—83), руб. | $C_{\text{т}}$ | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске, * | — | Приспособленность к транспортированию |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | $K_{\text{пр}}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | $K_{\text{п}}$ | — |

Продолжение табл. 2

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |
| 10.2. Оптовая цена (или проект оптовой цены), руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Таблица 3

**Показатели качества магнитных (ОКП 42 7631—42 7636),
вихретоковых и электрических (ОКП 42 7671—42 7675) приборов**

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Показатели назначения | | |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности | | |
| 1.1.1. Порог чувствительности,* | — | Минимальный параметр выявляемого дефекта, минимальное значение контролируемого параметра |
| 1.1.2. Максимальное значение напряженности магнитного поля, А/м, или максимальное значение намагничивающего тока, А | — | Область применения прибора |
| 1.1.3. Разрешающая способность* (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | Возможность раздельной индикации двух близких расположенных дефектов или двух образцов (изделий) с минимально различными физико-механическими свойствами (твердостью, химическим составом, содержанием углерода и т. п.) |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|--|---------------------------------|---|
| 1.1.4. Диапазон измерения контролируемого параметра | — | Область применения прибора |
| 1.1.5. Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра,* | — | Точность прибора |
| 1.1.6. (Исключен. Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.7. Производительность контроля или время одного измерения,* | — | — |
| 1.1.8. Параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения (геометрические, электрические, магнитные и т. п.),* | — | Универсальность прибора |
| 1.1.9. Автоматическая отстройка от влияющих факторов (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | Автоматическая адаптация к объекту контроля |
| 1.1.10. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, ч | T | — |
| 1.1.11. Документирование результатов контроля | — | — |
| 1.1.12. Подготовка к работе с использованием или без использования стандартных образцов или мер толщины | — | Адаптация к объекту контроля |
| 1.1.13. Наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки | — | Надежность и достоверность представления результатов контроля |
| 1.1.11—1.1.13. (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.14. Отличительные особенности | — | — |
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Предел температуры окружающей среды, °C | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89), ч, цикл | $P(t); T_0$ (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |

Продолжение табл. 3

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90), ч | T_v (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—89), лет | $T_{сл.у}$ (ГОСТ 27.003—90) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{сл.}$ | То же |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч (Введен дополнительно, Изм. № 1). | T_b | Ремонтпригодность |
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | M | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А | — | То же |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-среда-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатель уровня шума | — | — |
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.235—83), нормо-ч | $T_{\text{н}}$ | Затраты труда и времени на изготовление прибора |
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.235—83) руб. | $C_{\text{т}}$ | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске. * | — | Приспособленность к транспорту вагона |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости % | $K_{\text{пр}}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости % | $K_{\text{п}}$ | — |
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |
| 10.2. Оптовая цена (или проект оптовой цены), руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Примечание. Показатель по п. 1.1.10 устанавливают при наличии в приборе автономного источника питания.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Показатели качества оптических и тепловых приборов
(ОКП 42 7641—42 7646)**

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Показатели назначения | | |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности | | |
| 1.1.1. Порог чувствительности * | — | Минимальный параметр выявляемого дефекта |
| 1.1.2. Разрешающая способность * | — | Возможность раздельной индикации двух близко расположенных дефектов |
| 1.1.3. Предельные значения параметров контролируемого объекта * | — | Универсальность применения прибора |
| 1.1.4. Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра объекта и (или) параметров дефекта * | — | Точность прибора |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.5. Производительность контроля * | — | — |
| 1.1.6. Автоматическая отстройка от влияющих факторов | — | Автоматическая адаптация к объекту контроля |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.7. Максимальное поле зрения * | — | Степень обзора пространства объектов |
| 1.1.8. Максимальная длина рабочей части, мм | — | Ограничение на условия применения прибора |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.9. Глубина резкости, мм | — | Объемность обзора объекта |
| 1.1.10. Угол отклонения оптической оси преобразователя * | — | Оперативность контроля |
| 1.1.11. Диапазон фокусировки, мм | — | Локальность обзора |
| 1.1.12. Коэффициент передачи контраста | — | Качество передачи изображения |
| 1.1.13. Контрастная чувствительность | — | Чувствительность прибора |
| 1.1.14. Температурная чувствительность, К | — | — |
| 1.1.15. Число элементов изображения в поле зрения | — | Информативность контроля |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1.1.16. Показатель быстродействия, с | — | Инерционность преобразования сигнала |
| 1.1.17. Интегральный и (или) спектральный коэффициенты светопропускания | — | Чувствительность |
| 1.1.18. Спектральный диапазон, мкм (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.19. Максимальная кратность увеличения изображения объекта контроля | — | Скорость обработки информации |
| 1.1.20. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, ч | T | Надежность |
| 1.1.21. Наличие средств документирования: | | |
| фото-кинокамеры | — | — |
| телекамеры с видеоманитофоном | — | — |
| 1.1.20, 1.1.21. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.21a. Наличие системы подачи в зону наблюдения средств манипуляции и технических жидкостей | — | — |
| 1.1.21б. Наличие автоматизированной системы распознавания и анализа изображения | — | — |
| 1.1.21a, 1.1.21б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). | | |
| 1.1.22. Наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки и градуировки (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | Надежность и достоверность представления результатов контроля |
| 1.1.23. Отличительные особенности | — | — |
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Пределы температуры окружающей среды, °С | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89), ч; цикл | $P(t); T_0$ (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |

Продолжение табл. 4

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90), ч | T_y (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—90), лет | $T_{сл.у}$ (ГОСТ 27.003—90) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{сл}$ | То же |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч | T_b | Ремонтпригодность |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1). | | |
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | M | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А | — | То же |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-среда-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатели уровня шума | — | — |
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч | T_n | Затраты труда и времени на изготовление прибора |

Продолжение табл. 4

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.205—83), руб. | C_T | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске, * | — | Приспособленность к транспортированию |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | $K_{пр}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | $K_{п}$ | — |
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |
| 10.2. Оптовая цена (или проект оптовой цены), руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Таблица 5

**Показатели качества рентгеновских приборов
(ОКП 42 7651)**

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Показатели назначения | | |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности | | |
| 1.1.1. Предельная условная чувствительность, % | — | Минимальный параметр выявляемого дефекта |
| 1.1.2. Минимальная толщина контролируемого изделия, мм | — | Область применения прибора |

Продолжение табл. 5

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование контролируемого свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1.1.3. Максимальная толщина контролируемого изделия, мм | — | Область применения прибора |
| 1.1.4. Предел разрешения (ГОСТ 24334—80), партия/мм | — | Возможность раздельной индикации двух близко расположенных дефектов |
| 1.1.5. Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, * | — | Точность |
| 1.1.6. Предел допускаемой основной погрешности определения размеров и координат дефектов, мм | — | Точность измерения линейных параметров |
| 1.1.7. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от влияющих факторов (температуры и химического состава контролируемого материала, перемещения объекта контроля и т. д.) | — | Стабильность |
| 1.1.8. Производительность контроля, * | — | — |
| 1.1.9. Показатель быстродействия | — | — |
| 1.1.10. Минимальная площадь измеряемого участка, мм ² | — | — |
| 1.1.11—1.1.13. (Исключены, Изм. № 1). | — | — |
| 1.1.14. Мощность поглощений (в воздухе) дозы излучения в рабочей пучке на определенном расстоянии от анода | — | — |
| 1.1.15. Время установления рабочего режима мин | <i>t</i> | Производительность контроля |
| 1.1.16. Количество строк разложения телевизионного тракта | — | — |
| 1.1.17. Максимальная кратность увеличения изображения объекта контроля в телевизионном тракте | — | — |
| 1.1.18. Наличие устройств автоматического выбора режимов работы | — | Оперативность контроля |
| 1.1.19. Автоматизация настройки и градуировки | — | — |
| 1.1.20. Наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки | — | — |
| 1.1.21. Документированные результаты контроля | — | — |
| 1.1.22. Отличительные особенности | — | — |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|---|
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Пределы температуры окружающей среды, °С | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89), ч; цикл | $P(t); T_0$ (ГОСТ 27.003—90) | Безотказность |
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90), ч | T_y (ГОСТ 27.003—90) | То же |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—90), лет | $T_{сл.у}$ (ГОСТ 27.003—90) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{сл}$ | То же |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч | T_r | Ремонтпригодность |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1). | | |
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов; топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | M | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А | — | То же |
| (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-среда-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатель уровня шума | — | — |

Продолжение табл. 5

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеристики показателя |
|---|---------------------------------|--|
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч | T_n | Затраты труда и времени на изготовление прибора |
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.205—83), руб. | C_T | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске, * | — | Приспособленность к транспортированию |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | $K_{пр}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | K_n | — |
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |

Продолжение табл. 5

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 10.2. Оптовая цена (или пресект оптовой цены) руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Примечание. Показатели 1.1.16, 1.1.17 устанавливаются для телевизионных промышленных микроскопов

Таблица 6

**Показатели качества радиоволновых приборов
(ОКП 42 7661—42 7663)**

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
|----------------------------------|---------------------------------|--|

1. Показатели назначения

1.1. Показатели функциональные и технической эффективности

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1. Порог чувствительности, $\text{см}^2 \times \text{мм}$ | — | Минимальный параметр выявляемого дефекта или неоднородности |
| 1.1.2. Разрешающая способность (ГОСТ 25313—82), * | — | Возможность раздельной индикации двух близко расположенных дефектов |
| 1.1.3. Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, * | — | Точность прибора |
| 1.1.4. Диапазон измерения контролируемого параметра, * | — | Универсальность прибора |
| 1.1.5. Производительность контроля, в/с | — | — |
| 1.1.6. Автоматическая отстройка от влияющих факторов (Измененная редакция, Изм. № 1). | — | Автоматическая адаптация к объекту контроля |
| 1.1.7. Предел допускаемой основной погрешности определения глубины залегания и условных размеров дефектов | — | — |
| 1.1.8. Время установления рабочего режима, * | — | — |
| 1.1.9. Максимальная глубина залегания выявляемого дефекта, мм | — | — |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеристики метрологического свойства |
|--|------------------------------------|---|
| 1.1.10. Время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, ч | T | — |
| 1.1.11. Подготовка к работе с использованием или без использования стандартных образцов и (или) имитаторов | — | Адаптация к объекту контроля |
| 1.1.12. Автоматизация процесса измерения | — | — |
| 1.1.11, 1.1.12. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 1.1.13. Отличительные особенности | — | — |
| 1.1.14. Документирование результатов контроля (Введен дополнительно, Изм. № 1). | — | — |
| 1.2. Конструктивные показатели | | |
| 1.2.1. Габаритные размеры, мм | — | Габариты |
| 1.3. Показатели стойкости к внешним воздействиям | | |
| 1.3.1. Пределы температуры окружающей среды, °С | — | — |
| 1.3.2. Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды, % | — | — |
| 2. Показатели надежности | | |
| 2.1. Показатели безотказности | | |
| 2.1.1. Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002—89) ч; инвкл | $P(t); T_0$ (ГОСТ 27.002—89) | Безотказность |
| 2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—90) ч | T_y (ГОСТ 27.003—90) | То же |
| 2.2. Показатели долговечности | | |
| 2.2.1. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—90), лет | $T_{сл.у}$ (ГОСТ 27.003—90) | Долговечность |
| 2.2.2. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002—89), лет | $T_{сл.}$ | Долговечность |
| 2.2.1; 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). | | |
| 2.3. Показатели ремонтпригодности | | |
| 2.3.1. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—89), ч (Введен дополнительно, Изм. № 1). | $T_в$ | Ремонтпригодность |

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 3. Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | | |
| 3.1. Масса, кг | M | Экономичность |
| 3.2. Потребляемая мощность (при питании от сети), В·А | — | То же |
| 4. Эргономические показатели | | |
| 4.1. Комплексный эргономический показатель, балл | — | Соответствие системы «человек-средо-изделие» эргономическим требованиям |
| 4.2. Показатель уровня шума | — | — |
| 5. Эстетические показатели | | |
| 5.1. Комплексный эстетический показатель, балл | — | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида |
| 6. Показатели технологичности | | |
| 6.1. Показатель трудоемкости изготовления прибора (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч | $T_{\text{и}}$ | Затраты труда и времени на изготовление прибора |
| 6.2. Технологическая себестоимость прибора (ГОСТ 14.205—83), руб. | $C_{\text{т}}$ | Затраты средств на изготовление прибора |
| 7. Показатели транспортабельности | | |
| 7.1. Устойчивость к транспортной тряске, * | — | Приспособленность к транспортированию |
| 8. Показатели стандартизации и унификации | | |
| 8.1. Коэффициент применяемости, % | $K_{\text{пр}}$ | — |
| 8.2. Коэффициент повторяемости, % | $K_{\text{п}}$ | — |

Продолжение табл. 6

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризующего свойства |
|---|---------------------------------|--|
| 9. Патентно-правовые показатели | | |
| 9.1. Показатель патентной чистоты | — | Возможность реализации продукции в СССР и за рубежом |
| 9.2. Показатель патентной защиты | — | Степень защиты в СССР и за рубежом |
| 10. Экономические показатели | | |
| 10.1. Проектируемая себестоимость продукции, руб. | — | Затраты на изготовление продукции |
| 10.2. Оптовая цена (или проект оптовой цены), руб. | — | — |
| 10.3. Экономическая эффективность от внедрения разработки, руб. | — | — |

Табл. 1—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Примечания к табл. 1—6:

1. Жирным шрифтом выделены основные показатели качества, характеризующие технический уровень изделия.
2. Обозначение стандарта, в соответствии с которым приведено наименование показателя, указано в скобках.
3. Знаком «*» отмечены показатели, единицы физических величин которых устанавливаются в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

(Введены дополнительно, Изм. № 1).

1.2. В зависимости от назначения, условий применения и конструктивных особенностей конкретных приборов допускается использование дополнительно показателей, не указанных в табл. 1—6.

1.3. Алфавитный перечень показателей качества приборов, вошедших в устанавливаемую номенклатуру, приведен в справочном приложении 1; термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения — в справочном приложении 2.

1.4. Примеры расчета показателей качества, установленных табл. 1—6, приведены в справочном приложении 3.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:

акустических приборов: абсолютная чувствительность, отклонение уровня абсолютной чувствительности от номинального значе-

ния, отклонение условной чувствительности от номинального значения, предел допускаемой основной погрешности настройки порогового индикатора, определения координат дефектов, измерения эквивалентной площади отражателей и (или) условных размеров дефектов, измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника ультразвукового дефектоскопа, глубиномера, временная нестабильность: чувствительности дефектоскопа, уровня срабатывания порогового индикатора, параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения, время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, производительность контроля, предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, автоматическая отстройка от влияющих факторов, диапазон измерения глубины отражателей, мертвая зона, диапазон измеряемых эквивалентных площадей отражателей и (или) условных размеров дефектов, количество признаков идентификации дефектов, вероятность распознавания различных форм (типов) дефектов, условная чувствительность, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, масса, автоматизация настройки и обработки результатов контроля, условная чувствительность к выявлению локальных утонений, диапазон измерений контролируемого параметра, наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки, пороговая чувствительность прибора, полный средний срок службы, потребляемая мощность;

капиллярных приборов: порог чувствительности, УФ-облученность на заданном расстоянии от источника, время установления рабочего режима, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, масса, автоматизация обработки результатов контроля, документирование результатов контроля, полный средний срок службы, потребляемая мощность;

магнитных, вихретоковых и электрических приборов: порог чувствительности, максимальное значение напряженности магнитного поля или максимальное значение намагничивающего тока, разрешающая способность, диапазон измерения контролируемого параметра, предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, производительность контроля или время одного измерения, параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения, автоматическая отстройка от влияющих факторов, время непрерывной работы, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, масса, потребляемая мощность, документирование результатов контроля, подготов-

ка к работе с использованием или без использования стандартных образцов или мер толщины, наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки, полный средний срок службы;

оптических и тепловых приборов: порог чувствительности, разрешающая способность, предельные значения параметров контролируемого объекта, предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра объекта и (или) параметров дефекта, производительность контроля, автоматическая отстройка от влияющих факторов, максимальное поле зрения, максимальная длина рабочей части, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, глубина резкости, масса, потребляемая мощность (для тепловых), спектральный диапазон, время непрерывной работы от одного комплекта батарей или аккумуляторов, наличие средств документирования, наличие системы подачи в зону наблюдения средств манипуляции и технических жидкостей, наличие автоматизированной системы распознавания и анализа изображения, полный средний срок службы;

рентгеновских приборов: предельная условная чувствительность, минимальная толщина контролируемого изделия, максимальная толщина контролируемого изделия, предел разрешения, предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, предел допускаемой основной погрешности определения размеров и координат дефектов, предел допускаемого значения дополнительной погрешности от влияющих факторов, производительность контроля, быстродействие, минимальная площадь измеряемого участка, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, масса, полный средний срок службы, потребляемая мощность;

радиоволновых приборов: порог чувствительности, разрешающая способность, предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра, диапазон измерения контролируемого параметра, производительность контроля, время установления рабочего режима, автоматическая отстройка от влияющих факторов, предел допускаемой основной погрешности определения глубины залегания и условных размеров дефектов, вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ, установленная безотказная наработка, масса, потребляемая мощность, подготовка к работе с использованием или без использования стандартных образцов и (или) имитаторов, автоматизация процесса измерения, документирование результатов контроля, полный средний срок службы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

| Номер показателя по табл. 1 | Область применения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------|---|----|----|---------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|----|----|---|---|
| | ТЗ на ИИР, ГОСТ ОИТ | | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | | ТЗ на СКР | | ТУ | КУ | ТЗ на ИИР, ГОСТ ОИТ | | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | | ТЗ на СКР | | ТУ | КУ | | |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности материалов и изделий общего назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | группы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Примечания:

1. В табл. 7—13 знак «+» означает применяемость, знак «-» — неприменяемость.

2. В табл. 7—8 показатель по п. 1.1.8 устанавливают при наличии в приборе

| Номер показателя по табл. 1 | Область применения | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|----|----|------------------------------|----------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОУТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОУТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ | ТЗ на НИР, ГОСТ ОУТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОУТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для контроля структуры и физико-механических свойств материалов и изделий | | | | | Приборы акустической эмиссии | | | | |
| 2.2.1 | — | ± | ± | ± | ± | — | ± | ± | ± | ± |
| 2.2.2 | + | ± | ± | ± | ± | — | ± | ± | ± | ± |
| 2.3.1 | — | + | + | + | ± | — | + | + | + | ± |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | — | — | + | + | + | — | — | + | — | + |
| 4.2 | — | ± | — | ± | — | — | ± | — | ± | — |
| 5.1 | — | — | + | + | + | — | — | + | — | + |
| 6.1 | — | — | + | + | + | — | — | + | — | + |
| 6.2 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 7.1 | — | + | — | — | — | — | + | — | + | — |
| 8.1 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 8.2 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 9.1 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 9.2 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 10.1 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 10.2 | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — |
| 10.3 | — | — | + | + | — | — | + | — | — | — |

Применяемость показателей качества капиллярных приборов

| Номер показателя по табл. 2 | Область применения показателя | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИГ | Стандарты (кроме ГОСТ ОИГ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности | | | | |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | + | + | + | + |
| 1.1.4 | — | — | ± | ± | ± |
| 1.1.5 | — | — | ± | ± | ± |
| 1.1.6 | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.7 | — | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.8 | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.9 | — | — | ± | ± | ± |
| 1.2.1 | ± | ± | + | + | + |
| 1.3.1 | — | + | + | + | ± |
| 1.3.2 | — | + | + | + | — |
| 2.1.1 | + | + | + | + | + |
| 2.1.2 | + | + | + | + | + |
| 2.2.1 | — | ± | ± | ± | ± |
| 2.2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3.1 | — | + | — | + | — |

| Номер показателя по табл. 2 | Область применения показателя | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОС, ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности | | | | |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + |
| 4.1 | — | — | + | — | + |
| 4.2 | — | ± | — | ± | — |
| 5.1 | — | — | + | — | + |
| 6.1 | — | — | + | — | — |
| 6.2 | — | — | + | — | — |
| 7.1 | — | + | — | + | — |
| 8.1 | — | — | + | — | — |
| 8.2 | — | — | + | — | — |
| 9.1 | — | — | + | — | — |
| 9.2 | — | — | + | — | — |
| 10.1 | — | — | + | — | — |
| 10.2 | — | — | + | — | — |
| 10.3 | — | — | + | — | — |

Примечание. Показатели по пп. 1.1.2 и 1.1.3 устанавливают для приборов при контроле люминесцентным методом.

Применяемость показателей качества магнитных,

| Номер показателя по табл. 3 | Область применения | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|----|----|---------------------|----------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИГ | Стандарты (кроме ГОСТ ОИГ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИГ | Стандарты (кроме ГОСТ ОИГ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности материалов и изделий | | | | | | | | | |
| | магнитопорошковые | | | | | прочие | | | | |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.5 | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.7 | - | - | ± | ± | ± | + | + | + | + | + |
| 1.1.8 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.9 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.1.10 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.1.11 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | - | ± | ± | ± |
| 1.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | ± | + | ± |
| 1.1.13 | - | - | ± | ± | ± | ± | - | ± | ± | ± |
| 1.1.14 | - | - | ± | ± | ± | ± | - | ± | ± | ± |
| 1.2.1 | ± | + | + | + | ± | ± | + | + | + | ± |
| 1.3.1 | - | + | + | + | ± | - | + | + | + | ± |
| 1.3.2 | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - |
| 2.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.1 | - | ± | ± | ± | ± | - | ± | ± | ± | ± |
| 2.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3.1 | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |

| Номер показателя по табл. 3 | Область применения | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------|----|----|------------------------|----------------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОУТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОУТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ | ТЗ на НИР, ГОСТ ОУТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОУТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности материалов и изделий | | | | | | | | | |
| | магнитопорошковые | | | | | прочие | | | | |
| 4.2 | — | + | — | + | — | — | + | — | + | — |
| 5.1 | — | — | + | — | + | — | — | + | — | + |
| 6.1 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 6.2 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 7.1 | — | + | — | + | — | — | + | — | + | — |
| 8.1 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 8.2 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 9.1 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 9.2 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 10.1 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 10.2 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |
| 10.3 | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — |

Примечания:

1. Показатель по п. 1.1.2 устанавливают для магнитографических и магни
2. Показатели 1.1.4 и 1.1.5 устанавливают для средств измерений.
3. Для приборов контроля структуры и физико-механических свойств мате
тание по п. 1.1.4 и 1.1.5.

| Номер показателя по табл. 1 | Область применения | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------------------------|----------|------------|----------|---------------------------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИТ | | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | | ТЗ на ОКР | | ТУ | | КУ | | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИТ | | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности материалов и изделий | | | | | | Приборы для физико-механических | | | | | | | |
| | оптические | тепловые | оптические | тепловые | оптические | тепловые | оптические | тепловые | оптические | тепловые | оптические | тепловые | оптические | тепловые |
| 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | + | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание. Показатель по п. 1.1.20 устанавливают при наличии авто

| Номер показателя по табл. 5 | Область применения показателя | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|----|----|---|----------------------------|-----------|----|----|
| | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ | ТЗ на НИР, ГОСТ ОИТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОИТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| | Приборы для выявления дефектов типа нарушения сплошности материалов и изделий | | | | | Приборы для контроля геометрических размеров материалов и изделий | | | | |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3.1 | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 1.3.2 | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 2.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2.1 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 2.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3.1 | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1 | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 4.2 | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 5.1 | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| 6.1 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 6.2 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 7.1 | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| 8.1 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 8.2 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 9.1 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 9.2 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 10.1 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 10.2 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 10.3 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| | Номер показателя по табл. 1—6 |
|---|--|
| Автоматизация настройки и градуировки | 1.1.19 (табл. 5) |
| Автоматизация настройки и обработки результатов контроля | 1.1.20а (табл. 1) |
| Автоматизация процесса измерения | 1.1.10 (табл. 6) |
| Автоматизация обработки результатов контроля | 1.1.6 (табл. 2); |
| Вероятность безотказной работы или средняя наработка на отказ | 2.1.1 (табл. 1—6) |
| Время восстановления работоспособного состояния среднее | 2.3.1 (табл. 1—6) |
| Вероятность распознавания различных форм дефектов | 1.1.19 (табл. 1) |
| Время непрерывной работы | 1.1.8 (табл. 1); 1.1.7 (табл. 2); 1.1.10 (табл. 3, 6); 1.1.20 (табл. 4) |
| Время установления рабочего режима | 1.1.3 (табл. 2); 1.1.15 (табл. 5); 1.1.8 (табл. 6) |
| Глубина залегания выявляемого дефекта максимальная | 1.1.9 (табл. 6) |
| Глубина резкости | 1.1.9 (табл. 4) |
| Диапазон измерения глубины отражателей | 1.1.14 (табл. 1) |
| Диапазон измерения контролируемого параметра | 1.1.25 (табл. 1); |
| Диапазон измеряемых эквивалентных площадей отражателей и (или) условных размеров дефектов | 1.1.4 (табл. 3, 6) |
| Диапазон фокусировки | 1.1.17 (табл. 1) |
| Диапазон спектральный | 1.1.11 (табл. 4) |
| Длина рабочей части максимальная | 1.1.18 (табл. 4) |
| Документирование результатов контроля | 1.1.8 (табл. 4) 1.1.27 (табл. 1); 1.1.8 (табл. 2); 1.1.11 (табл. 3); 1.1.21 (табл. 4, 5) |
| Значение напряженности магнитного поля максимальное | 1.1.11 (табл. 6) |
| Значения параметров контролируемого объекта предельные | 1.1.2 (табл. 3) |
| Зона мертвая | 1.1.3 (табл. 4) |
| Количество одновременно контролируемых параметров | 1.1.16 (табл. 1) |
| Количество признаков идентификации дефектов | 1.1.24 (табл. 1) |
| Количество признаков идентификации дефектов | 1.1.18 (табл. 1) |
| Количество строк разложения телевизионного тракта | 1.1.15 (табл. 5) |
| Коэффициент передачи контраста | 1.1.12 (табл. 4) |
| Коэффициент повторяемости | 8.2 (табл. 1—6) |
| Коэффициент применяемости | 8.1 (табл. 1—6) |
| Коэффициенты светопропускания интегральный и спектральный | 1.1.17 (табл. 4) |

Номер показателя по табл.
1—6

| | |
|---|--|
| Кратность увеличения изображения объекта контроля максимальная | 1.1.19 (табл. 4); 1.1.17 (табл. 5) |
| Масса | 3.1 (табл. 1—6) |
| Мощность потребляемая (при питании от сети) | 3.2 (табл. 1—6) |
| Мощность поглощенной (в воздухе) дозы излучения | 1.1.14 (табл. 5) |
| Наличие индикации контролируемого параметра | 1.1.26 (табл. 1) |
| Наработка безотказная установленная | 2.1.2 (табл. 1—6) |
| Наличие устройств автоматического выбора режимов работы | 1.1.18 (табл. 5) |
| Наличие автоматизированной системы распознавания и анализа изображения | 1.1.21б (табл. 4) |
| Наличие встроенных средств диагностики технического состояния прибора и элементов самопроверки и градуировки | 1.1.29 (табл. 1); 1.1.13 (табл. 3); 1.1.22 (табл. 4) 1.1.20 (табл. 5) |
| Наличие средств документирования | 1.1.21 (табл. 4) |
| Наличие системы подачи в зону наблюдения средств манипуляции и технических жидкостей | 1.1.21а (табл. 4) |
| Наличие средств оперативного накопления и отображения информации | 1.1.28 (табл. 1) |
| Нестабильность временная: чувствительности дефектоскопа; уровня срабатывания порогового индикатора | 1.1.5 (табл. 1) |
| Особенности отличительные | 1.1.30 (табл. 1); 1.1.9 (табл. 2); 1.1.14 (табл. 3); 1.1.23 (табл. 4); 1.1.22 (табл. 5); 1.1.13 (табл. 6) |
| Отстройка от влияющих факторов автоматическая | 1.1.12 (табл. 1); 1.1.9 (табл. 3); 1.1.6 (табл. 4, 6) 1.1.2 (табл. 1) |
| Отклонение уровня абсолютной чувствительности от номинального значения | 1.1.3 (табл. 1) |
| Отклонение условной чувствительности от номинального значения | 1.1.7 (табл. 1); 1.1.8 (табл. 3) |
| Параметры контролируемого объекта, ограничивающие область применения | 1.1.13 (табл. 5) |
| Площадь измеряемого участка минимальная | 1.1.12 (табл. 3); |
| Подготовка к работе с использованием или без использования стандартных образцов или мер толщины | 1.1.14 (табл. 6) |
| Подготовка к работе с использованием или без использования стандартных образцов и (или) имитаторов | 1.1.16 (табл. 4); 1.1.9 (табл. 5) |
| Показатель быстродействия | 9.2 (табл. 1—6) |
| Показатель патентной защиты | 9.1 (табл. 1—6) |
| Показатель патентной чистоты | 6.1 (табл. 1—6) |
| Показатель трудоемкости изготовления прибора | 4.1 (табл. 1—6) |
| Показатель эргономический комплексный | 5.1 (табл. 1—6) |
| Показатель эстетический комплексный | 4.2 (табл. 1—6) |
| Показатель уровня шума | 1.1.7 (табл. 4) |
| Поле зрения максимальное | 1.1.1 (табл. 2—4, 6) |
| Порог чувствительности | |

| | |
|---|--|
| Предел допускаемой основной погрешности глубиномера | 1.1.15 (табл. 1) |
| Предел допускаемой основной и дополнительной погрешностей измерения контролируемого параметра | 1.1.11 (табл. 1); 1.1.5 (табл. 3-5); 1.1.4 (табл. 4); 1.1.3 (табл. 5) |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения эквивалентной площади отражателей и (или) условных размеров дефектов | 1.1.10 (табл. 1) |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника ультразвукового дефектоскопа | 1.1.13 (табл. 1) |
| Предел допускаемой основной погрешности настройки порогового индикатора | 1.1.4 (табл. 1) |
| Предел допускаемой основной погрешности определения координат дефектов | 1.1.6 (табл. 1, 5) |
| Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от влияющих факторов | 1.1.7 (табл. 5) |
| Предел допускаемой основной погрешности определения глубины залегания и условных размеров дефектов | 1.1.7 (табл. 6) |
| Предел разрешения | 1.1.4 (табл. 5) |
| Пределы температуры окружающей среды | 1.3.1 (табл. 1-6) |
| Производительность контроля | 1.1.9 (табл. 1); 1.1.4 (табл. 2); 1.1.5 (табл. 4, 6); 1.1.7 (табл. 3); 1.1.8 (табл. 5) |
| Размеры габаритные | 1.2.1 (табл. 1-6) |
| Себестоимость прибора технологическая | 6.2 (табл. 1-6) |
| Себестоимость продукции проектируемая | 1.1.1 (табл. 1-6) |
| Способность разрешающая | 1.1.5 (табл. 2); 1.1.3 (табл. 3); 1.1.2 (табл. 4, 6) |
| Срок службы установленный | 2.2.1 (табл. 1-6) |
| Срок службы полный средний | 2.2.2 (табл. 1-5) |
| Толщина измеряемая минимальная и максимальная контролируемого изделия | 1.1.21 (табл. 1); 1.1.22 (табл. 1); 1.1.2 (табл. 5); 1.1.3 (табл. 5) |
| Угол отклонения оптической оси преобразователя | 1.1.12 (табл. 4) |
| Устойчивость к воздействию влажности окружающей среды | 1.3.2 (табл. 1-6) |
| Устойчивость к транспортной тряске | 7.1 (табл. 1-6) |
| УФ-облученность на заданном расстоянии от источника | 1.1.2 (табл. 2) |
| Цена оптовая | 1.3.2 (табл. 1-6) |
| Число элементов изображения в поле зрения | 1.1.15 (табл. 4) |
| Чувствительность абсолютная | 1.1.1 (табл. 1) |
| Чувствительность контрастная | 1.1.13 (табл. 4) |
| Чувствительность прибора пороговая | 1.1.31 (табл. 1) |
| Чувствительность температурная | 1.1.14 (табл. 4) |

| | Номер показателя по табл. 1—6 |
|--|----------------------------------|
| Чувствительность условная | 1.1.20 (табл. 1) |
| Чувствительность условная предельная | 1.1.1 (табл. 5) |
| Чувствительность к выявлению локальных утонений условная | 1.1.23 (табл. 1) |
| Эффективность от внедрения разработки экономическая | 10.3 (табл. 1—6) |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения

| Термин | Пояснение |
|---------------------------------------|---|
| Документирование результатов контроля | Наличие средств отображения информации |
| Отличительные особенности | Качественный показатель, учитывающий использование изобретения, оригинальность внешнего исполнения и другие моменты оригинальности разработки |
| Предельная условная чувствительность | Отношение (например, глубины) минимально выявляемой модели дефекта в стандартном образце к толщине данного образца |
| Пороговая чувствительность прибора | Наименьшее значение параметра, характеризующего отклонение от нормы регистрируемого прибором свойства (нарушение сплошности, анизотропии и др.) в стандартном образце или контролируемом объекте, при котором это отклонение может быть зарегистрировано при установленных условиях |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1. Трудоемкость изготовления прибора (
- $T_{и}$
-) определяют по формуле

$$T_{и} = \sum T_i,$$

где T_i — трудоемкость изготовления, регулировки, контроля и испытания i -й составной части прибора в нормо-ч.

Трудоемкость изготовления прибора, состоящего из большого числа составных частей, рассчитывают укрупненно по типовым представителям составных частей по формуле

$$T_{и} = \sum T_{ie} \cdot n_{ie} + \sum T_{ig} \cdot n_{ig} + T_{об} + T_{ис},$$

где T_{ie} — трудоемкость изготовления i -й сборочной единицы;

T_{ig} — трудоемкость изготовления i -й детали (не вошедшей в состав при расчете T_{ie});

n_{ie} — количество i -х сборочных единиц;

n_{ig} — количество i -х деталей;

$T_{об}$ — трудоемкость общей сборки прибора;

$T_{ис}$ — трудоемкость испытаний.

2. Технологическую себестоимость прибора (
- C_t
-) определяют по формуле

$$C_t = C_m + C_z + C_{пр},$$

где C_m — стоимость материалов, руб;

C_z — заработная плата производственных рабочих, руб;

$C_{пр}$ — цеховые расходы, руб.

3. Показатель патентной защиты
- $P_{пз}$
- изделия в СССР или за рубежом рассчитывают по формуле

$$P_{пз} = \sum_{j=1}^n m_j + \sum_{i=1}^s \frac{m_i N_i}{N_{i0}},$$

где m — индивидуальные коэффициенты весомости особо важных составных частей изделия;

n — количество особо важных составных частей в изделии;

m_i — коэффициенты весомости основной и вспомогательной групп;

N_i — количество составных частей основной и вспомогательной групп, защищенных авторскими свидетельствами в СССР или патентами на отечественные изобретения в странах предполагаемого экспорта;

N_i — общее количество учитываемых составных частей изделия в основной или вспомогательной группе;

S — число групп значимости.

4. Показатель патентной чистоты
- $P_{пч}$
- рассчитывают по формуле

$$P_{пч} = \sum_{j=1}^n m_j + \sum_{i=1}^s \frac{m_i (N_{i0} - N_{iНПЧ})}{N_{i0}},$$

где m_j — коэффициент весомости особо важных составных частей изделия;

n — количество особо важных составных частей, обладающих патентной чистотой;

- m_i — коэффициент весомости для основной и вспомогательных групп;
 N_{i0} — общее количество учитываемых составных частей в i -й группе;
 $N_{i\text{пат}}$ — количество составных частей изделий в группе, попадающих под действие патентов, выданных в данной стране;
 S — число групп значимости.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления**

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. К. Федосенко, д-р техн. наук; О. С. Семенов, канд. техн. наук; А. А. Кеткович, канд. техн. наук; Ю. В. Ланге, д-р техн. наук; Ф. Н. Новицкий; В. И. Матвеев, канд. техн. наук; Г. А. Жукова, канд. техн. наук; Т. И. Багрянцева; К. М. Капушев

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.85 № 3084**

- 3. Срок проверки — 1989 г.**

- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------------------------|
| ГОСТ 14.205—83 | 6.1, 6.2 таблиц 1—6 |
| ГОСТ 27.002—89 | 2.1.1, 2.2.2, 2.3.1 таблиц 1—6 |
| ГОСТ 27.003—90 | 2.1.2, 2.2.1 таблиц 1—6 |
| ГОСТ 24034—80 | 1.1.4 таблицы 5 |
| ГОСТ 25313—82 | 1.1.2 таблицы 6 |

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1987 г. (ИУС 8—87)**

Редактор *М. И. Максимова*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *Н. И. Ильичева*

Сдано в наб. 14.12.94. Подп. в печ. 01.03.95. Усл. печ. л. 3,26. Усл. кр.-отт. 3,26.
Уч.-изд. л. 3,20. Тираж 293 экз. С 2038

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2547
ПЛР № 040138