

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
31958—  
2012

---

## ВОДА

### Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода

(ISO 8245:1999, NEQ)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместно с Закрытым акционерным обществом «Роса»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. № 54)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2012 г. № 1907-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31958—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ISO 8245:1999 «Качество воды. Руководство по определению общего органического углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (DOC)» [«Water quality — Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)», NEQ]

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52991—2008<sup>1)</sup>

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

8 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

<sup>1)</sup> Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2012 г. № 1907-ст ГОСТ Р 52991—2008 отменен с 15 февраля 2015 г.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Отбор проб .....	2
5 Метод 1 .....	3
6 Метод 2 .....	8
Библиография .....	10

## ВОДА

## Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода

Water. Methods for determination of total and dissolved organic carbon

Дата введения — 2014—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все типы воды, в том числе питьевую, расфасованную в емкости, и устанавливает методы определения содержания общего и растворенного органического углерода в диапазоне от 1 до 1000 мг/дм<sup>3</sup> с использованием анализаторов углерода, принцип действия которых основан на высокотемпературном каталитическом окислении соединений углерода, находящихся в пробе воды, и обеспечивает:

- раздельное определение содержания общего углерода и общего неорганического углерода с последующим вычислением содержания общего органического углерода по разности между содержанием общего углерода и содержанием общего неорганического углерода (метод 1);
- предварительное полное удаление общего неорганического углерода из пробы воды с последующим определением содержания общего органического углерода (метод 2). Метод 2 применяют, когда предполагаемое содержание общего неорганического углерода в пробе воды выше или сопоставимо с содержанием общего органического углерода.

Если содержание общего или растворенного органического углерода превышает верхнюю границу указанного диапазона, допускается разбавление пробы, но не более чем в 100 раз.

### Примечания

1 Легколетучие органические вещества, например бензол, толуол, циклогексан и хлороформ, частично теряются вместе с диоксидом углерода при его удалении путем продувания воздухом после окисления пробы.

2 Методы настоящего стандарта не предназначены для получения информации о природе органических соединений, присутствующих в воде.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 17.1.5.05 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3956 Силикагель технический. Технические условия

ГОСТ 4201 Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия

ГОСТ 4220 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 6552 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 14261 Реактивы. Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 20490 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования<sup>1)</sup>

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29169 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2.

Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862 Вода питьевая. Отбор проб<sup>2)</sup>

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

**3.1 общий углерод, ОУ (total carbon, TC):** Углерод, присутствующий в воде в виде органических и неорганических соединений, включая элементарный углерод.

**3.2 общий неорганический углерод, ОНУ (total inorganic carbon, TIC):** Углерод, присутствующий в воде в виде неорганических соединений: карбонатов, гидрокарбонатов, элементарного углерода, диоксида углерода (IV), оксида углерода (II), цианатов, цианидов и тиоцианатов.

**Примечание** — Анализаторы углерода обычно определяют содержание неорганического углерода в виде диоксида углерода (IV), находящегося в пробе газированной воды и/или выделяющегося при разложении гидрокарбонатов и карбонатов из пробы газированной и негазированной воды.

**3.3 общий органический углерод, ООУ (total organic carbon, TOC):** Углерод, присутствующий в воде в виде органических соединений в растворенном и нерастворенном состоянии.

**3.4 растворенный органический углерод, РОУ (dissolved organic carbon, DOC):** Углерод, присутствующий в воде в виде органических соединений, проходящий при фильтрации через мембранный фильтр с порами диаметром 0,45 мкм.

**3.5 растворенный неорганический углерод, РНУ (dissolved inorganic carbon):** Углерод, присутствующий в воде в растворенном состоянии, в основном в виде карбонатов и гидрокарбонатов.

**3.6 общий растворенный углерод, ОРУ (total dissolved carbon):** Углерод, присутствующий в воде в виде растворенного органического углерода и растворенного неорганического углерода.

**Примечание** — Термины 3.1—3.4 — см. [1].

### 4 Отбор проб

Пробу воды отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05 в стеклянные герметично закрывающиеся емкости, заполняя их доверху.

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

<sup>2)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56237—2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Объем отбираемой пробы — не менее 100 см<sup>3</sup>. Отобранную пробу воды анализируют в течение суток.

Если нет возможности проанализировать воду в течение суток с момента отбора, то пробу консервируют, добавляя 0,1 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты на 100 см<sup>3</sup> пробы, и хранят при температуре 2 °С — 8 °С не более 30 сут.

## 5 Метод 1

### 5.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в окислении соединений углерода, находящихся в пробе воды, при температуре от 550 °С до 1000 °С в присутствии кислорода или кислородсодержащего газа и катализатора до диоксида углерода (IV) и последующем определении общего и неорганического углерода с использованием детектора инфракрасного излучения.

Допускается определять содержание общего и неорганического углерода в пробе воды путем восстановления диоксида углерода (IV) до метана с использованием пламенно-ионизационного детектора.

### 5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

Анализатор углерода любого типа, снабженный высокотемпературным окислительным реактором, обеспечивающим окисление соединений углерода, находящихся в пробе воды, кислородом или кислородсодержащим газом в присутствии катализатора при температуре от 550 °С до 1000 °С; детектором инфракрасного излучения или пламенно-ионизационным; устройствами для автоматизированного окисления пробы воды и регистрации и обработки результатов испытаний.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 высокого или специального класса точности с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,1 мг и наибольшим пределом взвешивания 220 г.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 или ГОСТ 29228 2-го класса точности.

Пипетки с одной отметкой по ГОСТ 29169 2-го класса точности.

Дозаторы пипеточные переменного объема с погрешностью дозирования не более ± 2,5 %.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 2-го класса точности.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770 2-го класса точности.

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Устройство для перемешивания (например, магнитная мешалка с подогревом, ультразвуковая ванна, встряхиватель).

Установка для деионизации воды или бидистиллятор.

Установка для фильтрования, снабженная водоструйным или формвакуумным насосом.

Компрессор сжатого воздуха любого типа.

Фильтры мембранные с порами диаметром 0,45 мкм.

Бумажные фильтры «белая лента».

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деионизированная.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.

Калий фталевокислый кислый фиксаж или калий фталевокислый кислый безводный, х. ч.

Натрий углекислый кислый (гидрокарбонат натрия NaHCO<sub>3</sub>) по ГОСТ 4201, х. ч.

Натрий углекислый (карбонат натрия Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) по ГОСТ 83, х. ч.

Кислота соляная концентрированная по ГОСТ 14261, ос. ч., или по ГОСТ 3118, х. ч., или кислота соляная (фиксаж).

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552, ч. д. а.

Силикагель технический по ГОСТ 3956.

Бумага индикаторная универсальная.

Кислород газообразный особой чистоты с объемной долей кислорода не менее 99,999 % или воздух нулевой степени загрязнения, получаемый с помощью компрессора и установки дополнительной очистки, или синтетический воздух [с содержанием углеводородов менее 0,1 мг/кг и диоксида углерода (IV) менее 1 мг/кг].

**Примечание** — Допускается применять другие средства измерений (в том числе типы детекторов), оборудование и материалы с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

### 5.3 Порядок подготовки к проведению измерений

#### 5.3.1 Подготовка воды для лабораторного анализа

Для промывания анализатора, разбавления проб и приготовления градуировочных и других растворов используют дистиллированную или деионизованную воду, в которой содержание общего органического углерода не превышает: 0,3 мг/дм<sup>3</sup> при концентрациях менее 10 мг/дм<sup>3</sup>; 0,5 мг/дм<sup>3</sup> — в диапазоне от 10 до 100 мг/дм<sup>3</sup>; 1,0 мг/дм<sup>3</sup> — более 100 мг/дм<sup>3</sup>.

Подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации анализатора углерода.

#### 5.3.2 Приготовление основного раствора калия фталевокислого кислого с массовой концентрацией общего углерода 1000 мг/дм<sup>3</sup>

В мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят 1,063 г калия фталевокислого кислого, растворяют в воде (см. 5.3.1) и доводят объем раствора до метки этой же водой.

Раствор хранят в плотно закрытой емкости при температуре 2 °С — 8 °С не более 6 мес.

#### 5.3.3 Приготовление рабочего раствора калия фталевокислого кислого с массовой концентрацией общего углерода 100 мг/дм<sup>3</sup>

В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят пипеткой 10 см<sup>3</sup> основного раствора калия фталевокислого кислого (см. 5.3.2), доводят объем раствора до метки водой (см. 5.3.1) и перемешивают.

Раствор хранят в плотно закрытой емкости при температуре 2 °С — 8 °С не более 3 мес.

#### 5.3.4 Приготовление основного раствора карбоната и гидрокарбоната натрия с массовой концентрацией неорганического углерода 1000 мг/дм<sup>3</sup>

В мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят 4,41 г высушенного карбоната натрия и растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды (см. 5.3.1). Затем добавляют 3,5 г высушенного гидрокарбоната натрия, доводят объем раствора до метки этой же водой и тщательно перемешивают.

Раствор хранят в плотно закрытой емкости при комнатной температуре не более 6 мес.

Примечание — Карбонат натрия (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) высушивают при температуре 285 °С в течение 1 ч; гидрокарбонат натрия (NaHCO<sub>3</sub>) высушивают при комнатной температуре в эксикаторе над силикагелем в течение не менее 24 ч.

#### 5.3.5 Приготовление рабочего раствора ортофосфорной кислоты

Для приготовления рабочего раствора ортофосфорной кислоты необходимо к одному объему воды по 5.3.1 добавить один объем ортофосфорной кислоты и перемешать.

Раствор готовят по мере необходимости заполнения реактора анализатора.

#### 5.3.6 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>

Раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup> готовят из фиксанала соляной кислоты (или стандарт-титра хлористоводородной кислоты) в соответствии с инструкцией по приготовлению.

Допускается раствор соляной кислоты готовить из концентрированной соляной кислоты следующим образом: в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят 4,6 см<sup>3</sup> кислоты и доводят водой по 5.3.1 до метки.

Раствор хранят при температуре окружающей среды не более 6 мес.

#### 5.3.7 Приготовление градуировочных растворов массовой концентрации неорганического углерода в диапазоне от 1,0 до 50 мг/дм<sup>3</sup>

В мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см<sup>3</sup> основного раствора карбоната и гидрокарбоната натрия с массовой концентрацией неорганического углерода 1000 мг/дм<sup>3</sup> (см. 5.3.4), доводят объем раствора до метки водой по 5.3.1 и перемешивают. Массовая концентрация неорганического углерода в полученных градуировочных растворах составляет соответственно 1,0; 5,0; 10; 20; 30; 40; 50 мг/дм<sup>3</sup>.

Растворы хранят в плотно закрытой емкости при температуре 2 °С — 8 °С не более 3 мес.

#### 5.3.8 Приготовление градуировочных растворов массовой концентрации общего углерода в диапазоне от 10 до 250 мг/дм<sup>3</sup>

В мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0 см<sup>3</sup> основного раствора калия фталевокислого кислого с массовой концентрацией общего углерода 1000 мг/дм<sup>3</sup> (см. 5.3.2), доводят объем раствора до метки водой по 5.3.1 и перемешивают. Массовая концентрация общего углерода в градуировочных растворах составляет соответственно 10, 20, 40, 50, 100, 200, 250 мг/дм<sup>3</sup>.

Растворы хранят в плотно закрытой емкости при температуре 2 °С — 8 °С не более 3 мес.

### 5.3.9 Приготовление градуировочных растворов массовой концентрации общего углерода в диапазоне от 1 до 10 мг/дм<sup>3</sup>

В мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 см<sup>3</sup> рабочего раствора калия фталевокислого кислого с массовой концентрацией общего углерода 100 мг/дм<sup>3</sup> (см. 5.3.3), доводят объем раствора до метки водой по 5.3.1 и перемешивают. Массовая концентрация общего углерода в градуировочных растворах составляет соответственно 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 мг/дм<sup>3</sup>.

Растворы хранят в плотно закрытой емкости при температуре 2 °С — 8 °С не более 1 мес.

### 5.4 Подготовка анализатора углерода

Подготовку анализатора углерода осуществляют в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации прибора.

### 5.5 Установление градуировочной характеристики анализатора углерода и контроль стабильности градуировочной характеристики

5.5.1 Установление градуировочной характеристики анализатора углерода, выражающей зависимость площади или высоты выходного сигнала от содержания углерода в пробе воды, проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации анализатора углерода.

В качестве холостой пробы используют воду по 5.3.1.

Устанавливают градуировочные характеристики, анализируя не менее четырех градуировочных растворов в порядке возрастания массовых концентраций общего и неорганического углерода.

5.5.2 Каждый градуировочный раствор анализируют отдельно в порядке возрастания содержания углерода (в зависимости от предполагаемого содержания общего углерода — см. 5.3.8 или 5.3.9) и неорганического углерода (см. 5.3.7). Устанавливают две градуировочные характеристики, выражающие зависимость площадей (высот) выходного сигнала от содержания общего и неорганического углерода соответственно.

Каждый градуировочный раствор анализируют не менее двух раз.

#### 5.5.3 Контроль стабильности градуировочных характеристик

Проверку стабильности каждой из градуировочных характеристик по 5.5.2 проводят по результатам анализа одного из градуировочных растворов по 5.3.7, 5.3.8 или 5.3.9 соответственно с каждой серией (или через 20—30 анализов пробы воды) дважды: в начале и в конце серии анализов.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении условия

$$100 \frac{|X_{гр} - C|}{C} \leq K_{гр}, \quad (1)$$

где  $X_{гр}$  — массовая концентрация углерода (общего или неорганического) в градуировочном растворе, полученная при контрольном измерении, мг/дм<sup>3</sup>;

$C$  — массовая концентрация углерода (общего или неорганического) в градуировочном растворе по 5.3.7, 5.3.8 или 5.3.9 соответственно, мг/дм<sup>3</sup>;

$K_{гр}$  — норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, установленный в лаборатории при реализации метода, %. Допускается использовать значение  $K_{гр} = 0,84\delta$ , где  $\delta$  — значение показателя точности (см. таблицу 1).

Если условие (1) не выполняется, то проводят повторное измерение для этого градуировочного раствора (свежеприготовленного). Если градуировочная характеристика вновь нестабильна, выясняют причины нестабильности, устраняют их и повторяют контроль с использованием не менее двух других свежеприготовленных градуировочных растворов. При повторном обнаружении нестабильности устанавливают новую градуировочную характеристику.

### 5.6 Подготовка пробы анализируемой воды

5.6.1 Если анализируемая проба сточной воды содержит осадок или взвешенные вещества, то ее фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», предварительно промытый горячей водой по 5.3.1. Питательную воду и воду природных источников при наличии в ней взвешенных веществ отстаивают в холодильнике при температуре 2 °С — 8 °С в течение 6—10 ч.

Если возможности анализатора углерода позволяют анализировать воду, содержащую крупные частицы или взвешенные вещества, то при определении общего органического углерода неоднородную

по составу пробу гомогенизируют в ультразвуковой ванне или путем интенсивного встряхивания с помощью других устройств. Чтобы убедиться в том, что проба воды является гомогенной, сравнивают результаты анализа после нескольких способов гомогенизации пробы воды с различной продолжительностью гомогенизации.

5.6.2 При испытаниях газированной воды проводят предварительное удаление диоксида углерода, например продувая пробу воды воздухом, или кипячением с перемешиванием, или с использованием ультразвуковой ванны. В случае большого количества карбонатов и гидрокарбонатов к пробе воды добавляют соляную кислоту до pH = 2 (контроль по индикаторной бумаге) и удаляют образующийся диоксид углерода продуванием воздуха.

5.6.3 При определении содержания в пробе воды растворенного органического углерода пробу воды пропускают через мембранный фильтр с порами размером 0,45 мкм, предварительно промытый 0,1 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты (см. 5.3.6), а затем пробой воды.

5.6.4 Если предполагаемое содержание общего органического углерода в пробе выше 250 мг/дм<sup>3</sup>, исходную пробу воды  $V$  разбавляют водой по 5.3.1 до объема  $V_p$ .

### 5.7 Порядок проведения измерений

5.7.1 Проводят проверку стабильности градуировочных характеристик по 5.5.3.

5.7.2 Пробы воды, подготовленные по 5.6, анализируют в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации анализатора углерода, проводя измерение площади или высоты выходного сигнала.

5.7.3 По соответствующей градуировочной характеристике и результатам измерений площадей или высот выходного сигнала по 5.7.2 устанавливают содержание общего углерода ( $X_{O,Y}$ ) и общего неорганического углерода ( $X_{O,H,Y}$ ) в пробе, используя программное обеспечение к анализатору углерода.

5.7.4 Пробу воды, подготовленную по 5.6.3, анализируют по 5.7.2 и определяют содержание общего растворенного углерода ( $X_{O,P,Y}$ ) и растворенного неорганического углерода ( $X_{P,H,Y}$ ) по 5.7.3.

### 5.8 Правила обработки результатов измерений

5.8.1 Содержание общего органического углерода  $X_{O,O,Y}$ , мг/дм<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$X_{O,O,Y} = X_{O,Y} - X_{O,H,Y} \quad (2)$$

где  $X_{O,Y}$  — содержание общего углерода, полученное по 5.7.2, мг/дм<sup>3</sup>;

$X_{O,H,Y}$  — содержание общего неорганического углерода, полученное по 5.7.2, мг/дм<sup>3</sup>.

5.8.2 Содержание растворенного органического углерода  $X_{P,O,Y}$ , мг/дм<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$X_{P,O,Y} = X_{O,P,Y} - X_{P,H,Y} \quad (3)$$

где  $X_{O,P,Y}$  — содержание общего растворенного углерода, полученное по 5.7.4, мг/дм<sup>3</sup>;

$X_{P,H,Y}$  — содержание растворенного неорганического углерода, полученное по 5.7.4, мг/дм<sup>3</sup>.

5.8.3 Содержание органического углерода (общего или растворенного) в пробе воды, разбавленной по 5.6.4,  $X$ , мг/дм<sup>3</sup>, рассчитывают по формуле

$$X = X_p Q_p \quad (4)$$

где  $X_p$  — содержание органического углерода (общего или растворенного) в разбавленной пробе воды, полученное по 5.8.1 или 5.8.2, мг/дм<sup>3</sup>;

$Q_p$  — коэффициент разбавления пробы воды.

Коэффициент разбавления пробы  $Q_p$  рассчитывают по формуле

$$Q_p = \frac{V}{V_p} \quad (5)$$

где  $V$  — объем исходной пробы, см<sup>3</sup>;

$V_p$  — объем разбавленной пробы, см<sup>3</sup>.

Если пробу не разбавляют, то принимают  $Q_p = 1$ .

Расчет содержания органического углерода (общего или растворенного) в пробе воды в соответствии с формулой (4) допускается проводить с помощью программного обеспечения анализатора углерода.

5.8.4 За результат измерения содержания органического углерода (общего или растворенного) в пробе воды  $\bar{X}$  принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений  $X_1$  и  $X_2$ , мг/дм<sup>3</sup>.

Результат измерений считают приемлемым при выполнении условия

$$200 \frac{|X_1 - X_2|}{(X_1 + X_2)} \leq r, \quad (6)$$

где  $r$  — предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при  $P = 0,95$ ) по таблице 2, %.

При невыполнении условия (6) используют методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата измерений<sup>1)</sup>.

Примечание — При получении результатов измерений в двух лабораториях за результат принимают среднеарифметическое значение результатов определения органического углерода (общего или растворенного), полученных в двух лабораториях  $X_{1лаб}$  и  $X_{2лаб}$ . Результат измерений считают приемлемым при выполнении условия

$$200 \frac{|X_{1лаб} - X_{2лаб}|}{(X_{1лаб} + X_{2лаб})} \leq R, \quad (7)$$

где  $R$  — предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при  $P = 0,95$ ) по таблице 2, %.

При невыполнении условия (7) для проверки прецизионности в условиях воспроизводимости каждая лаборатория должна выполнить процедуры<sup>1)</sup>.

## 5.9 Метрологические характеристики

Метод обеспечивает получение результатов измерений с метрологическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблицах 1 и 2, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Таблица 1

Диапазон измеряемой массовой концентрации общего органического углерода, мг/дм <sup>3</sup>	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) $\sigma_r$ , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) $\sigma_R$ , %	Показатель точности (границы* допустимой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$ ) $\pm \delta$ , %
От 1 до 5 включ.	11	14	28
Св. 5 до 50 включ.	8	10	20
Св. 50 до 250 включ.	6	7	14
Св. 250 до 1000 включ.	3	4	8

\* Установленные численные значения границ допускаемой относительной погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах)  $U_{0,95}$  при коэффициенте охвата  $k = 2$ .

Таблица 2

Диапазон измеряемой массовой концентрации органического углерода, мг/дм <sup>3</sup>	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$ ) $r$ , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$ ) $R$ , %
От 1 до 5 включ.	31	39
Св. 5 до 50 включ.	22	28
Св. 50 до 250 включ.	17	20
Св. 250 до 1000 включ.	8	11

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует Рекомендация МИ 2881—2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа».

### 5.10 Контроль показателей качества результатов измерений

Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений (см. [2, пункт 5.5.3] или [3]).

### 5.11 Оформление результатов измерений

Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025.

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- ссылку на настоящий стандарт;
- точную идентификацию пробы воды;
- результат определения в мг/дм<sup>3</sup>;
- метод определения (метод 1, метод 2);
- любые отклонения от метода или любые обстоятельства, которые могли бы повлиять на результат определений.

Результат измерения содержания органического углерода (общего или растворенного) в пробе воды, мг/дм<sup>3</sup>, представляют в виде

$$\bar{X} \pm \Delta, \text{ или } \bar{X} \pm U, \quad (8)$$

где  $\bar{X}$  — значение содержания органического углерода (общего или растворенного), определяемое по 5.8.1, 5.8.2 или 5.8.3, мг/дм<sup>3</sup>;

$\Delta$  — доверительные границы абсолютной погрешности измерений содержания органического углерода (общего или растворенного), мг/дм<sup>3</sup>, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ , рассчитываемые по формуле

$$\Delta = 0,01\bar{X}\delta, \quad (9)$$

где  $\delta$  — значение показателя точности по таблице 1, %.

$U$  — расширенная неопределенность при коэффициенте охвата  $k = 2$ , мг/дм<sup>3</sup>, рассчитываемая по формуле

$$U = 0,01\bar{X}U_{\text{отн}}, \quad (10)$$

где  $U_{\text{отн}}$  — расширенная неопределенность (в относительных единицах) при коэффициенте охвата  $k = 2$  по таблице 1.

Результат измерений допускается представлять в виде

$$\bar{X} \pm \Delta_{\text{лаб}}, \text{ мг / дм}^3, \quad (11)$$

при условии  $\Delta_{\text{лаб}} < \Delta$  [ $\Delta_{\text{лаб}}$  — значение показателя точности измерений (доверительные границы абсолютной погрешности измерений), установленное при реализации настоящего метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений]

$$\text{или } \bar{X} \pm U_{\text{лаб}}, \text{ мг / дм}^3, \quad (12)$$

при условии  $U_{\text{лаб}} < U$  ( $U_{\text{лаб}}$  — значение расширенной неопределенности, установленное в лаборатории по [4] в условиях (см. [5]) и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений в лаборатории).

Примечание — При необходимости [см. 2, подраздел 5.2] для результата измерений  $\bar{X}$  указывается количество параллельных определений и способ установления результата измерений.

## 6 Метод 2

### 6.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в предварительной обработке пробы воды соляной кислотой, удалении диоксида углерода, образующегося при этом из карбонатов и гидрокарбонатов, окислении органических соединений углерода, находящихся в пробе, при температуре от 550 °С до 1000 °С в

присутствии кислорода или кислородсодержащего газа и катализатора до диоксида углерода (IV) и последующем определении общего углерода с использованием детектора инфракрасного излучения.

Допускается определять содержание общего углерода в пробе воды путем восстановления диоксида углерода (IV) до метана с использованием пламенно-ионизационного детектора.

6.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы — по 5.2 со следующим дополнением:

- анализатор углерода должен быть снабжен устройством для удаления неорганического углерода путем продувания воздухом.

6.3 Порядок подготовки к проведению измерений — по 5.3 со следующими уточнениями.

6.3.1 Установление градуировочной характеристики анализатора углерода и контроль стабильности градуировочной характеристики — по 5.5, за исключением процедур для неорганического углерода.

6.3.2 Подготовка пробы анализируемой воды — по 5.6, при этом если проба воды имеет щелочную реакцию, в пробу воды необходимо добавить соляную кислоту в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора углерода до установления нейтральной или слабокислой реакции, что контролируется по индикаторной бумаге.

6.4 Порядок проведения измерений — по 5.7 в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора углерода, при этом перед измерением проводят обработку пробы воды соляной кислотой (см. 5.3.6) с удалением неорганического углерода путем продувания воздухом.

## 6.5 Правила обработки результатов измерений

6.5.1 Содержание общего органического углерода  $X_{\text{О.О.У}}$ , мг/дм<sup>3</sup>, и растворенного органического углерода  $X_{\text{Р.О.У}}$ , мг/дм<sup>3</sup>, в пробе воды (в том числе в разбавленной пробе) определяют по 5.8.

6.6 Метрологические характеристики — по 5.9.

6.7 Контроль показателей качества результатов измерений — по 5.10.

6.8 Правила оформления результатов измерений — по 5.11.

## Библиография

- [1] ISO 8245:1999 Water quality — Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) [Качество воды. Руководство по определению общего органического углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (ДОС)]
- [2] ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values [Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике]
- [3] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76—2004<sup>1)</sup> Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа
- [4] Руководство ЕВРОХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях». 2-е изд., 2000. Пер. с англ. СПб.: ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 2002
- [5] ISO/TS 21748:2004<sup>2)</sup> Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation (Руководство по применению оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценивании неопределенности измерения. Пер. с англ. Ассоциация аналитических центров «Аналитика», 2004)

---

<sup>1)</sup> Действует РМГ 76—2014.

<sup>2)</sup> Заменен на ISO 21748:2017.

---

УДК 663.6:006.354

МКС 13.060.50

Ключевые слова: вода, качество воды, общий органический углерод, общий углерод, общий неорганический углерод, растворенный органический углерод, анализатор углерода, измерения

---

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.И. Рычкова*  
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 13.09.2019. Подписано в печать 25.10.2019. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)